検査結果報告書

株式会社 大王製作所 殿

発行日　平成25年5月27日
測定日　平成25年5月24日
受付日　平成25年5月13日

件名：材料中の化学物質の分析

ユーロフィン・フードテスティング・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市金沢区幸浦2-1-13
TEL 045 (780) 3831
技術管理者　辻塚 和宏　印
検査担当　武川 光伸

ご依頼を受けました試料について、検査の結果を次の通り報告いたします。

試料名称 / 検査項目	IR BC23/10cm 片コネ付き Ni(S/P) 検査の結果	定量下限値	単位	検査の方法
カドミウム	N.D.	1	ppm	IEC62321,Ed1準拠 酸分解 - ICP-MS法
鉛	N.D.	10	ppm	IEC62321,Ed1準拠 酸分解 - ICP-MS法
水銀	N.D.	1	ppm	IEC62321,Ed1準拠 酸分解 - ICP-MS法
六価クロム	N.D.	0.02	ppm	IEC62321,Ed1準拠 沸騰水抽出 ー ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法
三置換有機スズ	N.D.	100	ppm	IEC62321,Ed1準拠 酸分解 - ICP-MS法
トリフェニルスズ	N.D.	100	ppm	IEC62321,Ed1準拠 酸分解 - ICP-MS法
ジブチルスズ	N.D.	100	ppm	IEC62321,Ed1準拠 酸分解 - ICP-MS法
ジオクチルスズ	N.D.	100	ppm	IEC62321,Ed1準拠 酸分解 - ICP-MS法
ニッケル	8600	100	ppm	IEC62321,Ed1準拠 酸分解 - ICP-OES法
(以下余白)				

測定装置)　ICP-MS; Agilent Technologies 製 Agilent 7500cx
吸光光度計; 日立製作所製 U-1900
ICP-OES; PerkinElmer製 Optima 5300DV

備考)　表中のN.D.は定量下限値未満を示します。
・三置換有機スズ化合物は、スズの値を報告しています。
・トリフェニルスズの報告値は、スズの値を塩化トリフェニルスズに換算したものです。
・ジブチルスズの報告値は、スズの値を二塩化ジブチルスズに換算したものです。
・ジオクチルスズの報告値は、スズの値を二塩化ジオクチルスズに換算したものです。

本試験は依頼主より受け取った検査品目に限定したものとなります。
有害物質の分析に関して、財団法人日本適合性認定協会(JAB)よりISO/IEC17025試験所認定を取得しています。